

1. PROPÓSITO

Este documento proporciona un conjunto de requisitos de calidad identificados como "cláusulas" para especificar el nivel de expectativas que el comprador (Century Fasteners de México) ejercerá sobre los vendedores respecto a los productos o servicios adquiridos.

2. APLICABILIDAD

Los requisitos contenidos en este documento se aplicarán a todos los productos o servicios del Vendedor siempre que estos Fallos de Flujo de Proveedores se invoquen mediante una Orden de Compra. La aceptación por parte del vendedor de la Orden de Compra es un reconocimiento del cumplimiento obligatorio de este requisito.

3. CLÁUSULA DE CALIDAD – Proveedores de servicios de calibración (Q94)

Las calibraciones deberán ser realizadas por los proveedores de servicios de acuerdo con una de las siguientes normas de calibración: ISO/IEC 17025 o ANSI/NCSL Z540, revisión actual.

Como parte del servicio de calibración contratado, los laboratorios acreditados deben proporcionar certificados de calibración con elementos como contornos en la tabla 1 y etiquetas de calibre, cuando corresponda. La frecuencia de calibración en certificados y etiquetas debe alinearse con la tabla 2 según el tipo de calibre.

Tabla 1 – Certificado de calibración (requisitos mínimos)

Información sobre el Equipo (Número de serie o identificador único)	Estado de calibración (Tal y como se encontró y como se quedó/Resultados de calibración)
Método(s) de prueba utilizado para realizar la calibración	
Información de Referencia sobre el Equipo	Datos de calibración (Resultados de medición)
Límites de precisión	Datos de ajuste, cuando corresponda,
Fecha de calibración	Fecha de la actividad
Fecha límite de la próxima calibración	Aprobación de la actividad

Tabla 2 – Frecuencia de calibración por tipo de calibre

Tabla 2 – Frecuencia de calibración por tipo de calibre			
Tipo de vía	Frecuencia	Tipo de vía	Frecuencia
Pinza	12 meses	Bloquear	36 meses
Sistema de medición dimensional (Keyence)		Indicador de dial	
		Bloques de vía	
		Alto medidor	
Micrometro		Indicador de bujía	
Escala		Calibre de Snap	
Llave dinamométrica		Tapón de rosca	
Fotómetro	24 meses	Ángulos	Uso solo de referencia
Calibre de pasadores		Comparador	
Anillo de vía		Microscopio	
Termómetro		Placa de superficie	